medela

Symphony PLUS®

ofrece dos programas para ayudar a Initiate.Build.Maintain™ el suministro de leche

Armado para la extracción doble y simple

1

PRECAUCIÓN

Lávese bien las manos con agua y jabón antes de tocar el conjunto del extractor de leche y sus pechos; también evite tocar el interior de los recipientes o las tapas.

2

Con cuidado empuje la membrana blanca sobre el cabezal de la válvula amarilla hasta que se acople.

3

Presione el embudo contra el conector.

4

Empuje el cabezal de la válvula amarilla y la membrana blanca sobre el conector.

- Coloque el cabezal de la válvula de lado.

5

Enrosque la botella en el conector.

6

Inserte el tubo en la abertura correspondiente en el conector.

7

Coloque la membrana protectora sobre una superficie plana y oprima la tapa de membrana con cuidado hacia abajo hasta que se acople.

8



Inserte el adaptador del tubo en la abertura de la tapa de membrana.

9

Abra la tapa del extractor de leche.

- Presione el botón ovalado en la parte superior del extractor Symphony y levante la manija.

10

Coloque la tapa de membrana firmemente en la membrana del extractor de leche para formar un sello.

11



Centre el conector del tubo en la cavidad de la carcasa del extractor de leche.

- Compruebe que la tapa de membrana enganche y quede a ras de la superficie.

12

Cierre la tapa.

NOTA

- **Para el paso 12:** Siempre cierre la tapa al extraer leche. La tapa mantiene la tapa de membrana hacia abajo para evitar una pérdida de vacío que podría ocurrir si se separa la tapa de membrana.

Recursos útiles para empezar a utilizar Symphony PLUS:

Escanee el código QR para ver vídeos útiles sobre cómo configurar, utilizar y limpiar el extractor de leche Symphony.

Instrucciones de inicio rápido de Symphony PLUS®

Esta información no sustituye las Instrucciones de uso de Symphony®. Consulte las Instrucciones de uso de para obtener información más detallada.

Paso 1: Seleccione su programa

Use **INITIATE** (INICIAR) inmediatamente después del parto:

- Dentro de los 5 primeros días, **O**;
- Hasta que haya extraído al menos 20 mL en cada una de sus 3 últimas sesiones sesiones.

Use **MAINTAIN** (MANTENER) después que la leche empieza a fluir:

- Cuando haya extraído al menos 20 mL en cada una de sus últimas 3 sesiones, **O**;
- A partir del día 6, lo que suceda primero.

Paso 2: Seleccione el programa y comience

Pulse para iniciar el extractor de leche.

Programa INICIAR

Para seleccionar el programa **INITIATE** (INICIAR), presione mientras la pantalla muestra:

Después de seleccionar el programa **INITIATE** (INICIAR), la pantalla mostrará:

El programa **INICIAR** alterna entre las fases de estimulación y extracción con varias pausas, y se apaga automáticamente cuando se termina la sesión. Termine todo el programa.

Para lograr el Maximum Comfort Vacuum™, ajuste la perilla al nivel óptimo de succión.

Programa MANTENER

Para seleccionar el programa **MAINTAIN** (MANTENER), **espere 5-10 segundos**, mientras la pantalla muestra:

El programa **MAINTAIN** (MANTENER) se iniciará automáticamente. La pantalla mostrará:

Mientras extrae leche con el programa **MANTENER**, la fase de estimulación durará 2 minutos. Si la leche empieza a fluir antes de que empiece la fase de extracción, presione para iniciar la fase de extracción.

Consejos operativos

- Compruebe que todas las conexiones del extractor de leche y del conjunto estén firmes.
- Compruebe que la membrana blanca esté plana sobre el cabezal de la válvula amarilla.
- Los extremos de color amarillo pálido del tubo deberán calzar firmemente en los embudos, y las puntas con sujetadores de color amarillo más oscuro van en los orificios de las tapas de las membranas.
- Arme por completo la tapa de membrana y la membrana protectora, y asiéntela firmemente en el mecanismo de extracción.
- Siempre cierre la tapa al extraer leche. La tapa mantiene la tapa de membrana hacia abajo para evitar una pérdida de vacío que podría ocurrir si se separa la tapa de membrana.
- ¡Si el vacío es bajo, intente apagar el extractor de leche y armar de nuevo las tapas y las membranas. Vuelva a colocar firmemente la tapa de membrana y la membrana protectora armadas en el mecanismo de extracción.
- El nivel Maximum Comfort Vacuum se obtiene incrementando el vacío hasta el punto en que resulte incómodo y luego reduciéndolo una posición.
- No intente extraer con vacío demasiado intenso y molesto (doloroso). El dolor, junto con los posibles traumatismos del pecho y del pezón, pueden disminuir la salida de leche.
- La extracción no debe doler, el uso de un embudo correctamente ajustado no solo es importante para la comodidad, sino también para la eficiencia.
  Para obtener información sobre el calce del embudo, visite MedelaBreastshields.us.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Suiza

Distribuido por: Medela LLC 1101 Corporate Drive, McHenry, IL 60050
Teléfono: 800-435-8316 o 815-363-1166
Correo electrónico: customer.service@medela.com, **www.medela.us**

La marca denominativa Medela y el logotipo, Symphony y Symphony PLUS están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU.
Initiate.Build.Maintain, Maximum Comfort Vacuum e Initiation Technology son marcas comerciales de Medela.

1937030 C 0121 © 2021 Medela 1937030